

Signature Page for LB2022AOT4017 v2.0

| | |
|----------------|--|
| Final Approval | Samantha Riley Coordinator 13-Oct-2022 12:09:16 GMT+0000 |
|----------------|--|

Signature Page for LB2022AOT4017 v2.0

Johnson & Johnson de Chile S.A. Cerro Colorado #5240 Piso 9, Torre I, Las Condes, Santiago, Chile. **Honduras: Promotora Americana, S.A. de CV (Proamsa),** Colonia Palmira, Avenida República de Brasil, casa 2124, Tegucigalpa, Honduras. R.S. HN-DM-0421-0037. **República Dominicana:** R.S. PS2021-0207.

Contáctenos: **Argentina:** 0-800-444-2604 - contactenos.ar@acuvue.com - www.acuvue.com.ar / **Chile:** 1230-020-1192 - contactenos.cl@acuvue.com - www.acuvue.cl / **Colombia:** 01 800 518 4094 - contactenos.co@acuvue.com - www.acuvue.com.co / **Costa Rica:** RA-VISUS-AcuvueCCA@its.jnj.com. - www.acuvue.co.cr / **Honduras:** RA-VISUS-AcuvueCCA@its.jnj.com www.acuvue.hn / **República Dominicana:** RA-VISUSAcuvueCCA@its.jnj.com. www.acuvue.com.do - Servicio de Atención al Consumidor CCA: 1-800-372-2900 / **Perú:** 0800-55722 - contactenos.pe@acuvue.com - www.acuvue.com.pe / **Uruguay:** 000-413-598-4659 - contactenos.uy@acuvue.com - www.acuvue.com.uy

Instrucciones de uso ACUVUE® OASYS with Transitions™

LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. LOS LENTES DE CONTACTO ACUVUE® SON PRODUCTOS SANITARIOS Y SIEMPRE DEBEN SER ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN. SIGA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE FOLLETO.

| Nombre de la marca | Material | Solución de Envasado | Forma de Uso |
|---------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| ACUVUE® OASYS with Transitions™ | senofilcon A | Solución salina de borato con éter metílico de celulosa. | 14 días (para uso diario) 2 semanas |

En la Unión Europea, los boratos (ácido bórico y borato de sodio) se definen como sustancias CMR 1B en una concentración por encima de 0,1 % en peso y son seguros cuando el producto se emplea siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO y USO INDICADO
Los lentes de contacto ACUVUE® OASYS with Transitions™ están indicados para el uso diario y corrección de la visión en personas con ojos sanos que tienen dificultad para ver de lejos (miopía) o dificultad para ver de cerca (hipermetropía) y pueden tener 1.00 D o menos de astigmatismo.

Estos lentes de contacto están también indicados para la atenuación de la luz brillante, ya que contienen un aditivo fotocromático que absorbe dinámicamente la luz visible.

NO USE SUS LENTES DE CONTACTO MIENTRAS DUERME.

Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® contienen un filtro ultravioleta-UV ayuda a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta.

ADVERTENCIA: Los LENTES DE CONTACTO CON FILTRO ULTRAVIOLETA-UV no sustituyen a los anteojos de protección contra los rayos ultravioleta, tales como las gafas de protección o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta, ya que no cubren completamente el ojo y la zona circundante. Como norma, se recomienda que siga utilizando anteojos de protección contra los rayos ultravioleta.

2. CONTRAINDICACIONES (¿Cuándo no se deben utilizar?)

Cuando usa lentes de contacto para corrección visual, **NO UTILICE** estos lentes de contacto si presenta alguna de las siguientes afecciones:

- Inflamación o infección en o alrededor de los ojos o los párpados.

altitud, la geografía, la nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con protección ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.
Su profesional de la visión determinará su esquema de uso (cuánto tiempo usted debería utilizar los lentes de contacto cada día), y su esquema de reemplazo (cuándo usted debe descartar sus lentes de contacto y usar unos nuevos). Cuando se prescriben para uso con reemplazo planificado/frecuente, usted debe limpiar y desinfectar los lentes de contacto usando un sistema de desinfección química solamente.

3. ADVERTENCIAS - lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto:

SE PUEDEN DESARROLLAR RÁPIDAMENTE PROBLEMAS OCULARES, INCLUIDAS ÚLCERAS CORNEALES Y OCASIONAR UNA PÉRDIDA DE VISIÓN. SI EXPERIMENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:

- Algunos enfermedad, daño o anomalía en el ojo que afecte a la córnea, conjuntiva o párpados.
- Lagrimeo excesivo.
- Enrojecimiento ocular.
- Otros problemas oculares.

• Algunos enfermedad, daño o anomalía en el ojo que afecte a la córnea, conjuntiva o párpados.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

Johnson & Johnson de Chile S.A. Cerro Colorado #5240 Piso 9, Torre I, Las Condes, Santiago, Chile. **Honduras: Promotora Americana, S.A. de CV (Proamsa),** Colonia Palmira, Avenida República de Brasil, casa 2124, Tegucigalpa, Honduras. R.S. HN-DM-0421-0037. **República Dominicana:** R.S. PS2021-0207.

Contáctenos: **Argentina:** 0-800-444-2604 - contactenos.ar@acuvue.com - www.acuvue.com.ar / **Chile:** 1230-020-1192 - contactenos.cl@acuvue.com - www.acuvue.cl / **Colombia:** 01 800 518 4094 - contactenos.co@acuvue.com - www.acuvue.com.co / **Costa Rica:** RA-VISUS-AcuvueCCA@its.jnj.com. - www.acuvue.co.cr / **Honduras:** RA-VISUS-AcuvueCCA@its.jnj.com www.acuvue.hn / **República Dominicana:** RA-VISUSAcuvueCCA@its.jnj.com. www.acuvue.com.do - Servicio de Atención al Consumidor CCA: 1-800-372-2900 / **Perú:** 0800-55722 - contactenos.pe@acuvue.com - www.acuvue.com.pe / **Uruguay:** 000-413-598-4659 - contactenos.uy@acuvue.com - www.acuvue.com.uy

Instrucciones de uso ACUVUE® OASYS with Transitions™

LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. LOS LENTES DE CONTACTO ACUVUE® SON PRODUCTOS SANITARIOS Y SIEMPRE DEBEN SER ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN. SIGA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE FOLLETO.

| Nombre de la marca | Material | Solución de Envasado | Forma de Uso |
|---------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| ACUVUE® OASYS with Transitions™ | senofilcon A | Solución salina de borato con éter metílico de celulosa. | 14 días (para uso diario) 2 semanas |

En la Unión Europea, los boratos (ácido bórico y borato de sodio) se definen como sustancias CMR 1B en una concentración por encima de 0,1 % en peso y son seguros cuando el producto se emplea siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO y USO INDICADO
Los lentes de contacto ACUVUE® OASYS with Transitions™ están indicados para el uso diario y corrección de la visión en personas con ojos sanos que tienen dificultad para ver de lejos (miopía) o dificultad para ver de cerca (hipermetropía) y pueden tener 1.00 D o menos de astigmatismo.

Estos lentes de contacto están también indicados para la atenuación de la luz brillante, ya que contienen un aditivo fotocromático que absorbe dinámicamente la luz visible.

NO USE SUS LENTES DE CONTACTO MIENTRAS DUERME.

Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® contienen un filtro ultravioleta-UV ayuda a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta.

ADVERTENCIA: Los LENTES DE CONTACTO CON FILTRO ULTRAVIOLETA-UV no sustituyen a los anteojos de protección contra los rayos ultravioleta, tales como las gafas de protección o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta, ya que no cubren completamente el ojo y la zona circundante. Como norma, se recomienda que siga utilizando anteojos de protección contra los rayos ultravioleta.

2. CONTRAINDICACIONES (¿Cuándo no se deben utilizar?)

Cuando usa lentes de contacto para corrección visual, **NO UTILICE** estos lentes de contacto si presenta alguna de las siguientes afecciones:

- Inflamación o infección en o alrededor de los ojos o los párpados.

altitud, la geografía, la nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con protección ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.
Su profesional de la visión determinará su esquema de uso (cuánto tiempo usted debería utilizar los lentes de contacto cada día), y su esquema de reemplazo (cuándo usted debe descartar sus lentes de contacto y usar unos nuevos). Cuando se prescriben para uso con reemplazo planificado/frecuente, usted debe limpiar y desinfectar los lentes de contacto usando un sistema de desinfección química solamente.

3. ADVERTENCIAS - lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto:

SE PUEDEN DESARROLLAR RÁPIDAMENTE PROBLEMAS OCULARES, INCLUIDAS ÚLCERAS CORNEALES Y OCASIONAR UNA PÉRDIDA DE VISIÓN. SI EXPERIMENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:

- Algunos enfermedad, daño o anomalía en el ojo que afecte a la córnea, conjuntiva o párpados.
- Lagrimeo excesivo.
- Enrojecimiento ocular.
- Otros problemas oculares.

• Algunos enfermedad, daño o anomalía en el ojo que afecte a la córnea, conjuntiva o párpados.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

• Algunos enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.

Si usted nota algún problema, debe **REMOVERSE SU LENTE DE CONTACTO DE INMEDIATO**. Si el problema o la molestia desaparecen y el lente de contacto aparenta no estar dañado, limpie y enjuague el lente de contacto con una solución para cuidado de lentes de contacto blandos recomendada, y recolóque el lente de contacto. Si luego de recolocar el lente de contacto el problema persiste, deseche el lente de contacto y coloque un nuevo lente de contacto en el ojo.

Paso 1: ¿Cómo comenzar?

Es esencial que aprenda y aplique una buena higiene en el cuidado y manejo de sus nuevos lentes de contacto.

La limpieza es el primer y más importante aspecto del cuidado correcto de los lentes de contacto. En particular, las manos deben estar limpias, secas y sin jabones, lociones o cremas antes de manipular los lentes de contacto.

Antes de empezar:

- Siempre lávese bien las manos con un jabón suave, enjuáguelas por completo y séquelas con una toalla sin pelusas antes de tocar sus lentes de contacto.
- Debe evitar el uso de jabones que contengan cremas que causan sensación de frío, lociones o cosméticos antes de manipular sus lentes de contacto. Estas sustancias pueden entrar en contacto con los lentes de contacto e interferir en su uso exitoso. Es mejor colocarse los lentes de contacto antes del maquillaje.

Paso 2: Apertura del envase/blíster

Confirme siempre que los parámetros del lente de contacto (por ejemplo, diámetro (DIA), curva base (BC), potencia del lente de contacto (D), etc.) impresos en la caja y en el envase/blíster del lente de contacto individual coincidan con su prescripción. NO usar si hay alguna discordancia.

Envase múltiple (Caja)

Cada caja contiene lentes de contacto envasados individualmente. Cada lente de contacto viene en su propio envase/blíster, diseñado específicamente para mantener la esterilidad mientras esté cerrado.

Siempre almacene los blísteres individuales cerrados fuera de la luz solar directa.

Envase/Blíster de lentes de contacto

Para abrir un envase/blíster de un lente de contacto individual, siga estos sencillos pasos:

1. Agite el envase/blíster de los lentes de contacto y compruebe que el lente de contacto está flotando en la solución.
2. Retire la solapa con cuidado para acceder al lente de contacto.
3. Ponga un dedo en el lente de contacto y deslícelo hacia arriba por el lado de la cavidad del envase/blíster de lentes de contacto hasta removerlo/retirarlo del contenedor.

NUNCA utilice pinzas u otras herramientas para sacar los lentes de contacto de su envase/blíster. A veces, es posible que un lente de contacto se pegue al interior de la solapa al abrirla o al propio envase/blíster de plástico. Esto no afectará a la esterilidad del lente de contacto. Se puede utilizar todavía con perfecta seguridad. Retire el lente de contacto con cuidado e inspecciónelo siguiendo las instrucciones de manipulación.

Consejos para el manejo de los lentes de contacto

- Manipule los lentes de contacto con cuidado, con la punta de los dedos, y tenga cuidado para evitar tocarlos con las uñas. Es útil mantener las uñas cortas y limadas.
- Hábituese a trabajar siempre con los lentes de contacto en el mismo orden para evitar confusiones.
- Cuando haya retirado los lentes de contacto del envase/blíster o estuche portalentes, verifique que sea un solo lente de contacto húmedo y limpio y que esté libre de mellas o desgarros. Si el lente de contacto parece dañado, NO lo utilice.

Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo

Una vez que haya abierto, extraído, y examinado los lentes de contacto del envase/blíster, siga estos pasos para colocarlos en sus ojos:

1. ASEGÚRESE DE QUE EL LENTE DE CONTACTO NO ESTÉ AL REVÉS mediante uno de los siguientes procedimientos:

1. Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y examine su perfil. El lente de contacto debe adoptar una forma natural, curvada, similar a la de un cuenco. Si los bordes del lente de contacto tienden a apuntar hacia fuera, el lente de contacto está del revés.
2. Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice. Los bordes deben inclinarse hacia dentro. Si el lente de contacto está del revés, los bordes se inclinarán ligeramente hacia fuera.
3. Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y, mirando al lente de contacto, busque los números 1-2-3. 1-2-3 indica la orientación correcta, mientras que 1-2-3 invertidos indica que el lente de contacto está del revés. Si el lente de contacto está del revés (1-2-3 invertidos), volteé el lente de contacto y busque de nuevo los números para confirmar que la orientación del lente de contacto es la correcta.

2. Con el lente de contacto en su dedo índice, utilice la otra mano para sujetar el párpado superior para evitar el parpadeo.
3. Baje el párpado inferior con los demás dedos de la misma mano con la que va a colocarlo/insertarlo.
4. Mire hacia el techo y coloque suavemente el lente de contacto en el blanco de la parte inferior del ojo.
5. Suelte lentamente el párpado y cierre el ojo un momento.
6. Parpadee varias veces para centrar el lente de contacto.
7. Use la misma técnica cuando coloque el lente de contacto en el otro ojo.

Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto. Si el método antes expuesto le resulta difícil, su profesional de la visión puede proporcionarle una alternativa.

Paso 4: Comprobación de los lentes de contacto

Cuando se haya aplicado correctamente los lentes de contacto, pregúntese:

- ¿Veo bien?
- ¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?
- ¿Qué aspecto tienen mis ojos?

Si después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, compruebe lo siguiente:

- El lente de contacto no está centrado en el ojo (consulte "Paso 5: Centrado del lente de contacto", más adelante en este folleto).
- Si el lente de contacto está centrado, retírelo (consulte "Retirada de los lentes de contacto") y compruebe lo siguiente:
- Cosméticos o aceites en el lente de contacto, limpie y enjuague con una solución suave recomendada para el cuidado de lentes de contacto y, si se eliminó el cosmético o el aceite, vuelva a colocar el lente de contacto. Si su visión aún está borrosa deseche el lente de contacto y coloque uno nuevo.
- Puede que el lente de contacto esté en el ojo equivocado.
- El lente de contacto está del revés (sería menos cómodo de lo normal). Consulte "Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo".

Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras lleva los lentes de contacto puestos:

- **Condiciones peligrosas**
 - Si utiliza productos en aerosol (spray), como la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, mantenga los ojos cerrados hasta que el spray se haya asentado.
 - Evite todos los humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleve puestos los lentes de contacto.
 - Nunca enjuague los lentes de contacto con agua corriente del grifo. El agua corriente contiene muchas impurezas que pueden contaminar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.

Actividad acuática

- No exponga los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.

ADVERTENCIA:

El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si sus lentes de contacto se han sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o el mar, debe desecharlos y reemplazarlos por un par nuevo. Póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realiza cualquier actividad que implique contacto con el agua.

- **O bien**
 - Dirija suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO

Soluciones lubricantes o humectantes

Si después de comprobar las posibilidades anteriores piensa que su visión todavía es borrosa, retire los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión.

Nota: Si un lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo utilizó por primera vez, remuévalo inmediatamente y póngase en contacto con su profesional de la visión. Si el examen de sus ojos y los lentes de contacto muestra cualquier otro problema, RETIRE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Paso 5: Centrado del lente de contacto

Un lente de contacto que esté sobre la córnea (parte central del ojo), muy raramente se moverá a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la colocación y la retirada no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:

- Cierre los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta su lugar.
- Dirija suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO

Soluciones lubricantes o humectantes

Si después de comprobar las posibilidades anteriores piensa que su visión todavía es borrosa, retire los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión.

Nota: Si un lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo utilizó por primera vez, remuévalo inmediatamente y póngase en contacto con su profesional de la visión. Si el examen de sus ojos y los lentes de contacto muestra cualquier otro problema, RETIRE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Paso 5: Centrado del lente de contacto

Un lente de contacto que esté sobre la córnea (parte central del ojo), muy raramente se moverá a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la colocación y la retirada no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:

- Cierre los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta su lugar.
- Dirija suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO

Soluciones lubricantes o humectantes

Si después de comprobar las posibilidades anteriores piensa que su visión todavía es borrosa, retire los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión.

Nota: Si un lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo utilizó por primera vez, remuévalo inmediatamente y póngase en contacto con su profesional de la visión. Si el examen de sus ojos y los lentes de contacto muestra cualquier otro problema, RETIRE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Paso 5: Centrado del lente de contacto

Un lente de contacto que esté sobre la córnea (parte central del ojo), muy raramente se moverá a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la colocación y la retirada no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:

- Cierre los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta su lugar.
- Dirija suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO

Soluciones lubricantes o humectantes

Método de pellizco:

Paso 1. Mire hacia arriba y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.

Paso 2. Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice.

Paso 3. Retire el lente de contacto.

2. Siga las instrucciones de la siguiente sección, "Cuidado de los lentes de contacto".

Respete la forma de uso y frecuencia de reemplazo prescritos

- **Nunca** use sus lentes de contacto más tiempo del recomendado por su profesional de la visión.
- **Deseche siempre** los lentes de contacto usados según lo recomendado por su profesional de la visión.
- Todo producto no utilizado o material de desecho debe desecharse de conformidad con los requisitos locales.

RETIRADA DE LOS LENTES DE CONTACTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el lente de contacto esté en la córnea (centro del ojo) antes de intentar retirarlo/removerlo. Para determinar si es así, cubra el otro ojo. Si la visión es borrosa, es porque el lente de contacto está en la parte blanca del ojo o ni siquiera está en el ojo. Para buscar el lente de contacto, revise el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras tira hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior tirando hacia abajo del párpado inferior

1. Lávese bien las manos, enjuáguelas y séquelas. Siga el método que le recomiende su profesional de la visión. A continuación, se presenta un ejemplo de un método: el método de pellizco.

Antes de empezar:

- **Lávese siempre** las manos a fondo con agua templada, un jabón suave, enjuáguelas cuidadosamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto.
- Asegúrese de tener disponibles los siguientes suministros:

- Soluciones frescas de limpieza y desinfección, o una solución multiuso recomendadas por su profesional de la visión **Nunca utilice soluciones recomendadas únicamente para lentes de contacto duros convencionales.**
- Estuche portalentes limpio.

Si utiliza un sistema que use peróxido de hidrógeno, utilice SOLO el estuche portalentes proporcionado con dicho sistema. Este estuche portalentes se ha diseñado especialmente para neutralizar la solución. Si no se utiliza el estuche portalentes específico, se puede provocar escozor intenso, picor y lesiones al ojo.

Paso 1: Limpieza y desinfección (química – no térmica)

1. Limpie siempre primero el mismo lente de contacto, para evitar confusiones.
2. Siga las instrucciones proporcionadas en el etiquetado del producto sobre limpieza y desinfección o las recomendaciones de su profesional de la visión.

NO caliente la solución desinfectante ni los lentes de contacto.

Precaución: Los lentes de contacto que se desinfectan químicamente pueden absorber ingredientes de la solución desinfectante que podrían ser irritantes para los ojos. Un cuidadoso enjuague en solución salina estéril fresca (u otra solución recomendada) antes de colocarlos/insertarlos en los ojos debería reducir la posible irritación.

Antes de empezar:

- **Lávese siempre** las manos a fondo con agua templada, un jabón suave, enjuáguelas cuidadosamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto.
- Asegúrese de tener disponibles los siguientes suministros:

- Soluciones frescas de limpieza y desinfección, o una solución multiuso recomendadas por su profesional de la visión **Nunca utilice soluciones recomendadas únicamente para lentes de contacto duros convencionales.**
- Estuche portalentes limpio.

Si utiliza un sistema que use peróxido de hidrógeno, utilice SOLO el estuche portalentes proporcionado con dicho sistema. Este estuche portalentes se ha diseñado especialmente para neutralizar la solución. Si no se utiliza el estuche portalentes específico, se puede provocar escozor intenso, picor y lesiones al ojo.

Paso 1: Limpieza y desinfección (química – no térmica)

1. Limpie siempre primero el mismo lente de contacto, para evitar confusiones.
2. Siga las instrucciones proporcionadas en el etiquetado del producto sobre limpieza y desinfección o las recomendaciones de su profesional de la visión.

3. Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:

- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados para contribuir a evitar infecciones oculares graves.
- Nunca utilice agua, solución salina ni gotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes

Paso 2: Almacenamiento

- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectelos y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se estén usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si un lente de contacto se seca, deséchelo y reemplácelo por uno nuevo.**

Si no va a usar sus lentes de contacto inmediatamente después de la desinfección, pida información sobre el almacenamiento de los lentes de contacto a su profesional de la visión.

- Vacíe y limpie siempre el estuche portalentes frotándolo con el dedo y utilizando soluciones desinfectantes/limpiadoras de lentes de contacto

frescas y estériles. La limpieza se debe llevar a cabo con soluciones desinfectantes frescas y estériles (nunca utilice agua) y el estuche portalentes se debe secar con un paño limpio. Si se deja secar al aire, asegúrese antes de que no queden restos de la solución.

- Reemplace el estuche portalentes de los lentes de contacto según el etiquetado proporcionado con el estuche portalentes o conforme a las indicaciones de su profesional de la visión.
- Los estuches portalentes pueden ser una fuente de proliferación bacteriana.
- Guarde siempre los lentes de contacto ACUVUE® OASYS con Transitions usados en su estuche portalentes y alejados de la luz solar directa.

ADVERTENCIA: No guarde sus lentes de contacto ni los enjuague con agua o solución no estéril. Utilice únicamente solución multiuso nueva, para no contaminar sus lentes de contacto o el estuche portalentes donde los guarde. El uso de solución no estéril puede provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera.

EMERGENCIAS: Si algún producto químico de cualquier tipo (productos domésticos, soluciones de jardinería, productos químicos de laboratorio, etc.) entra en contacto con los ojos: ENJUAGUE LOS OJOS INMEDIATAMENTE CON AGUA CORRIENTE DEL GRIFO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.

6. NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios)

Cualquier incidente experimentado mientras se llevan lentes de contacto de marca ACUVUE® debe notificarse al fabricante y/o su representante autorizado y /o su autoridad nacional.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESBICIA
La corrección visual a través de monovisión debe ser decidida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

Fabricado por:
Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.

USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA.

EC REP AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

Fecha de revisión: 08/2022
VEEVA # LB2022AOT4017
VEEVA # LB2022AOT4018

En las etiquetas o cajas pueden aparecer los siguientes símbolos:

| SÍMBOLO | DEFINICIÓN |
|---------|---|
| | Precaución, Consulte las instrucciones de uso |
| | Fabricante |
| | Fecha de fabricación |
| | Utilizar antes de (fecha de caducidad) |
| | Código de lote |
| | Esterilización mediante vapor |
| | No usar si el envase está dañado |
| | Impuesto de gestión de residuos |
| | PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción de un profesional de la visión. |
| | Producto sanitario en la Comunidad Europea |
| | Indica un sistema único de barrera estéril |

| | |
|---------------------|---|
| UV BLOCKING | Filtro ultravioleta |
| CONTACT LENS | Lentes de Contacto |
| EC REP | Represente Autorizado en la Comunidad Europea |
| | Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado |
| | Mantener alejado de la luz |
| DIA | Diámetro |
| BC | Curva base |
| D | Dioptrías (potencia del lente de contacto) |
| | Orientación Correcta del lente de contacto |
| | Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente de contacto al revés) |
| | Icono de apertura del paquete (blister) |

| | |
|--|--------------------------------|
| | Contiene sustancias peligrosas |
|--|--------------------------------|

Lentes de Contacto ACUVUE® OASYS with Transitions™ (senofilcon A)
14 días (para uso diario) 2 semanas. Con tinte de visibilidad y ultravioleta-UV.
Estéril – Esterilizado usando vapor. **Contenido:** Lentes de contacto (38% H₂O) en solución salina de borato con éter metílico de celulosa. No requiere condiciones especiales de almacén. **Elaborado por: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.** 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, E.U.A., 32256 **Imp. y/o dist. por: JOHNSON & JOHNSON de Argentina S.A.C.e.I.** Mendoza 1259, CABA, ARG. DT: Farm. D. Peranzola R.S. ANMAT – PM 253-31. **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S** Av. Calle 26 #69-76 Edificio Elemento, Torre 2 pisos 3 al 11, Bogotá, COL, R.S. INVIMA 2019DM-0019969. **Ópticas Munkel, Ed. Munkel 350 O de la Embajada Americana, San José, CRI. INSUMED Inc. S.A.** Hola rent a Car 200 O 25 S, 15 O ed. azul con gris la Uruca, San José, CRI. R.S. EMB-US-21-00150. **JIKI S.A.** Juan Paullier N° 2373, Mdeo, URY, DT: A. Benlian Neyin. R.S. 76117. **Venta bajo receta de un prof. de la visión / uso bajo prescrip. de Prof. de la Salud. # R.S. y datos de importadores y distribuidores dentro del instructivo. SAP # 20602050**